

WYCENA DOTYCZĄCA ŚRODKA TECHNICZNEGO NR 35/XII/17

Dla: Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego

ul .Andersa 3

14-200 Iława

1. Dane dotyczące środka technicznego:

Nazwa		Typ		
Sterylizator MELAG		Słabo czytelny		
		Silniki		
Nr fabr	Rok budowy	Oznaczenie	Numer	Moc
nieczytelny	Brak danych	Nie dotyczy	-----	-----

2. Opis stanu technicznego: Stan techniczny maszyny określam jako dostateczny, wycofany z eksploatacji z bloku operacyjnego.


3 Stopień zużycia technicznego szacuję (S)= 50%

4 Wskaźnik nowoczesności konstrukcji przyjmuję (K= 0,7)

5. Współczynnik urynkowienia E=0,6

Nie wyszukałem żadnych ofert w internecie, zatem wartość określam metodą odtworzeniową wg formuły $C = W \times / 1 - S / \times K \times E$ W-w g. zleceniodawcy= **88 046,02 zł** Zatem


$C = 88\ 046,02 \times / 1 - 0,5 / \times 0,7 \times 0,6 = 18\ 490 \text{ zł po zaokrągleniu brutto}$



Rzeczoznawca STMP

Pracownia rzeczoznawcza
Techniki Budowlanej i
Techniki Instalacyjnej
P. Wójcik
ul. Brzeska 11, 15-005 Białystok
710 639 882, 66 616 663
830 - wydział, wydział, urządzenie i pomiar

Pracownia Techniki Budowlanej i Instalacyjnej
P. Wójcik
ul. Brzeska 11, 15-005 Białystok
710 639 882, 66 616 663
830 - wydział, wydział, urządzenie i pomiar



MELAG ® MELAG OHG 10828 Berlin

MADE IN GERMANY

Seriennyye
25-C
Seriennyye
06225-C/1056
Energie
20006
Kamerinhöhe
911
Seriennyye
-0,25..2 bar
Seriennyye
144 C

CE 0124 **CE** 0035

Spannung 400 V -
Leistung 9.000 W
Frequenz 50 Hz

~~17~~

