

Iława, dn. 17.09.2020 r.

Meditech X-RAY Sp. z o. o.

Ul. Wirowska 6

62-052 Komorniki

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu rtg kostno-płucnego dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 20/2020)

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986) odrzuca ofertę Meditech X-RAY Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach w w/w postępowaniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

W wyniku badania ofert Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy: Meditech X-RAY Sp. z o. o., gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku badania ofert Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w postaci: przetłumaczonych na język polski dokumentów technicznych producenta urządzenia potwierdzających spełnianie przez aparat rtg poszczególnych parametrów technicznych jak wynikające z SIWZ oraz przedłożenia instrukcji obsługi w języku polskim i oryginału w języku angielskim lub serbskim.

Z otrzymanych dokumentów wynika, iż zaoferowany aparat:

1. Nie posiada „Miernika dawki DAP (Dose Area Product) zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM” - z dostarczonych dokumentów wynika, że jest to miernik zewnętrzny nie zintegrowany z konsolą i DICOM – strona 10 instrukcji mówi, że miernik DAP dokładany jest opcjonalnie
2. Nie spełnia wymogu posiadania „Przełączniki ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu stołu” - z dostarczonych dokumentów wynika, że stół w tym



aparacie nie posiada takiego przełącznika, co wynika zarówno z rysunków jak i z instrukcji obsługi strona 27 i 28.

Poważne wątpliwości budzi również:

1. Posiadanie przez zaoferowany aparat „Dotykowy, cyfrowy wyświetlacz LCD min. 10” na lampie/kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, wybór miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja), funkcją wyświetlania obrazu/badania wraz z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania, wyświetlanie kąta obrotu lampy, wyświetlanie odległości SID (lampa– detektor)”, który to parametr był parametrem ocenianym- z wyświetlacza, który zgodnie z instrukcją obsługi znajduje się przy zaoferowanym aparacie nie można zaakceptować bądź odrzucić badania, trzeba wrócić do pokoju technika, inne funkcje nie potwierdzone – wyświetlacz z instrukcji jak i sama instrukcja nie przewiduje takiej opcji strona 21
2. Odległość płyta stołu - detektor cyfrowy nie jest podana i potwierdzona – brakuje tej informacji w instrukcji obsługi.
3. Odległość płyta statywu - detektor cyfrowy nie jest podana i potwierdzona w instrukcji obsługi.
4. Spełnianie przez zaoferowany aparat wszystkich wymogów opisanych w punkcie IX Konsola technika Tabeli 1.1 Parametry cyfrowy aparatu rtg kostno-płucno. Opis konsoli ze strony 23 instrukcji obsługi nie mówi nic jakiej ma funkcję, języki itp.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

DYREKTOR
Powiatowego Szpitala
im. Władysława Biegańskiego
w Ławie
Iwona Orkiszewska